



## POJAŠNJENJE BR. 4

Objavljeno 11.01.2016. godine

MOP Br. IOP/09-2015/NCE/2

Projekat: Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

Potprojekat: Nova Kapitalna oprema

Nabavka: Nabavka Kapitalne opreme

Pitanje Br.	Tenderska dokumentacija	Pitanje	Odgovor
1	Tenderska dokumentacija	<p>U Izmeni br. 2 Tenderske dokumentacije u Odeljku I Uputstva ponuđačima, 29. Utvrđivanje usaglašenosti, 29.4 je definisano da ukoliko ponuda nije suštinski usklađena sa zahtevima iz Tenderske dokumentacije, Naručilac je odbija I ne može se naknadno učiniti usklađenom putem ispravki materijalnih odstupanja, ograničewa ili propusta.</p> <p><b>Pitanje:</b> Posle objavljenog odgovora na pitanje o procenjenim vrednostima lotova, koje "...nisu objavljene..." a u vezi sa Izmenom br. 2 Tenderske dokumentacije, u kojoj stoji da "ukoliko ponuda...finansijski ne odgovara Planu nabavki Naručioaca, Naručilac je odbija...", molim vas za pojašnjenje – kako možemo da se upoznamo sa Planom nabavki Naručioaca?</p>	<p>Ponuđač ne može da se upozna sa Planom nabavki Naručioaca. Podatak o procenjenim vrednostima nabavke po lotovima biće poznat na dan otvaranja ponuda.</p>
		<p><b>Pitanje od: 04/01/2016</b></p>	
2	Annex 1, Tehnička specifikacija	<p>Molimo za razjašnjenje da li krajnji korisnik insistira na uslovu "Magnetron sputter source 3 UHV..." jer iz tog uslova proističe da je ceo Magnetron Sputtering System – flanse, komponente, komora – obavezno UHV, što višestruko (5-6 puta) uvećava cenu lota.</p>	<p>Da, neophodno je imati UHV.</p>